

Baňka odměrná podle Kohlrauscha, třída přesnosti A, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 100 a 200 ml
- úzké hrdlo s rozšířením na konci
- pro analýzu cukru dle Kohlrauscha
- bílá graduace



Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Průměr [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 431 478 030	100	±0,1	60	16	170	1-2 týdny	377 Kč
632 431 478 037	200	±0,15	75	19	210	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.